

UNIDADE TCEMG: CENTRO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E



INTELIGÊNCIA - SURICATO

RESPOSTA À DILIGÊNCIA INTERNA

Processo nº: 838149

Natureza: REPRESENTAÇÃO

Relator: : CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO

Data da Autuação: 09/09/2010

1. INTRODUCÃO

Tratam os autos de Representação formulada por Antônio Carlos Oliveira Pereira, Procurador do Trabalho, em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n. 38/2009, realizado pelo Município de Santa Luzia para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

Às fls. 463/466 a 3ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal concluiu que não foram observados pelo Município de Santa Luzia princípios basilares da licitação, bem como que não foi provado o efetivo recebimento dos equipamentos médico-hospitalares adquiridos.

O Ministério Público de Contas manifestou-se às fls. 469/476.

Às fls. 477/478 foi determinada a citação dos responsáveis, que apresentaram a documentação de fls. 490/509, na qual informaram a anulação do Pregão eletrônico n. 38/2009 e a rescisão do contrato.

O Ministério Público de Contas manifestou-se à fl. 513/513v.

À fl. 514 o Relator determinou a citação dos responsáveis para que informassem se ocorreu a deflagração de outro procedimento licitatório com objeto semelhante ao Pregão Eletrônico n. 38/2009.

Os responsáveis apresentaram os documentos de fls. 523/534; 544/546; 549/708; 719/728 e 732/739. A 3ª CFM elaborou a análise de fls.742/743v. e concluiu, em síntese, que os equipamentos foram entregues antes da anulação do certame e que houve o pagamento de valores a maior ao fornecedor.

O Ministério Público de Contas manifestou-se novamente às f. 745/746 e a Unidade Técnica às fls. 748/749v.

À fl. 752/752v. o Relator determinou nova citação dos responsáveis para a apresentação dos extratos bancários da conta corrente vinculada em que foram recebidos os recursos repassados pelo Ministério Público do Trabalho; a comprovação do pagamento à empresa favorecida Medicalway Equipamentos Médicos Ltda, e a indicação da data de incorporação dos equipamentos adquiridos pelo Pregão Eletrônico n. 38/2009.

Os responsáveis apresentaram os documentos de fls. 758/1.069, analisados pela Unidade Técnica às fls. 1.070/1.071.



UNIDADE TCEMG: CENTRO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E



INTELIGÊNCIA - SURICATO

O Ministério Público de Contas manifestou-se às fls. 1073/1.074 v.

Por determinação do Relator à fl. 1075, os autos foram encaminhados a este Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência — Suricato para manifestação acerca dos preços praticados pela empresa Medicalway Equipamentos Médicos Ltda, face aos preços ofertados à época para a Administração Pública e o particular, através da ferramenta de malha eletrônica.

É o sucinto relatório.

2. RESPOSTA A DILIGÊNCIA

Em cumprimento ao despacho exarado por V. Exa., esta Unidade Técnica tem a informar o que se segue:

2.1. Diligência determinada:

Manifestação acerca dos preços praticados pela empresa Medicalway Equipamentos Médicos Ltda, por meio da elaboração de uma planilha comparativa entre o preço de aquisição dos equipamentos e os ofertados à época, de acordo com o Termo de Referência em questão, especificando, ainda, o valor ofertado perante a Administração Pública e o particular, através da ferramenta de malha eletrônica.

2.1.1 Manifestação da Unidade Técnica:

Importa destacar, de início, que a malha eletrônica executada por esta Unidade Técnica é o produto de uma análise computacional de dados <u>estruturados</u>, decorrente de critérios previamente estabelecidos pelo Controle Externo.

Assim, a base de dados a ser utilizada para uma pesquisa de preços de mercado seria a da Nota Fiscal Eletrônica deste Tribunal. Esta base contempla documentos fiscais emitidos a partir do exercício de 2011 para destinatários jurisdicionados desta Casa, conforme convênio celebrado com a SEFAZ/MG. Nesse sentido, não é possível obter preços praticados em 2009, exercício do Pregão eletrônico nº 38, bem como preços do exercício de 2010, referente à entrega dos produtos pela empresa Medicalway Equipamentos Médicos Ltda, conforme se vê no documento fiscal à fl. 561.

Caso a análise fosse possível ao tempo dos fatos, outro obstáculo a ser enfrentado seria a impossibilidade de comparação <u>técnica</u> entre os produtos comprados pelo Município de Santa Luzia e os detectados na base de Notas Fiscais Eletrônicas deste Tribunal, uma vez que a descrição dos produtos no documento fiscal é suscinta e a possível similaridade entre as descrições, para fins de comparação, não garante que os produtos tenham as mesmas características e funcionalidades, sendo que a ausência ou presença destes itens tem influência significativa no preço.

Contudo, no intuito de fornecer elementos que auxiliem a tomada de decisão nos presentes autos, apresentamos informações sobre preços praticados no exercício de 2011, com a advertência de que as informações podem não ser suficientes, salvo melhor juízo, para fixar preço de mercado e, por consequência, para apurar margem de sobrepreço, haja vista a impossibilidade de assgurar a correspondênica <u>exata</u> entre os







INTELIGÊNCIA - SURICATO

equipamentos discriminados no Termo de Referência do Pregão eletrônico nº 38/2009, os produtos ofertados pelo licitante vencedor e os constantes das Notas Fiscais Eletrônicas.

São estas as informações:

1. DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA

Produto ofertado: CARDIOVERSOR RESPONDER 2000, marca General Eletric. Preço vencedor: R\$ 27.170,00, fl. 24.

Menor/major preco para DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR – Exercício 2011

wenot/ maior preço para DESI IDRIENDOR/ CARDIO VERSOR - Exercicio 2011		
Menor preço: R\$ 3.129,48	Maior preço: R\$ 29.000,00	
Órgão: Fundação de Parques Municipais	Órgão: Prefeitura Municipal de Jequitinhonha	
Fornecedor: Philips Medical Systems Ltda	Fornecedor: Biomaster Equip. Hospitalares Ltda	
Produto: DESFIBRILADOR FRX	Produto: DESFIBRILADOR BIFASICO INNOMED CA200B	
Chave de acesso	Chave de acesso:	
26111058295213001140550070000062191184471870	31110265311961000162550010000005020330705007	
Preço médio: R\$ 10.869,12		

Fonte: Base de dados da Nota Fiscal Eletrônica. NF-e disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

Moda*: R\$ 6.500,00	
Órgão: Prefeitura Municipal de Urucuia	
Fornecedor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda	
Produto: DESFIBRILADOR DX-10 PLUS M/EMAI	
Chave de acesso: 53111000740696000192550010000243101000243287	
Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Margarida	
Fornecedor: ACI Comércio Ltda	
Produto: DESFIBRILADOR EHS 01 DIGITAL DD	
Chave de acesso: 31110471208094000137550010000006581000078602	
 Órgão: Fundação Municipal de Saúde de São João Evangelista 	
Fornecedor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda	
Produto: DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA	
Chave de acesso: 31111108380296000125550010000003581593400304	


^{*} Dado um conjunto de valores, a moda é o número que mais se repete







INTELIGÊNCIA - SURICATO



Diante dos valores apurados podemos afirmar que o preço do produto DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA comprado em 2009 pelo Município de Santa Luzia, no valor de R\$ 27.170,00, é maior que o preço médio verificado em 2011 de R\$ 10.869,12 e se encontra fora dos intervalos de preços mais recorrentes (R\$ 3.129,49 a R\$6.363,29 e de R\$ 6.363,30 a R\$ 9.597,11), sendo 41 unidades vendidas em 77 da amostra analisada.

2. ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL

Produto ofertado: ELETROCARDIÓGRAFO MAC 400, marca General Eletric.

Preço vencedor: R\$ 3.380,00, fl. 24.

Menor/maior preço para ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL - Exercício 2011

Menor preço: R\$ 931,87	Maior preço: R\$ 6.580,00
Órgão: Prefeitura Municipal de Viçosa	Órgão: Prefeitura Municipal de Goiabeira
Fornecedor: Micromed Biotecnologia Ltda	Fornecedor: JPC Distribuidora Hospitalar
Produto: ELETROCARDIÓGRAFO USB	Produto: ELETROCARDIÓGRAFO EMAI
WINCARDIO	EX01
Chave de acesso:	Chave de acesso:
53110638048013000103550010000080721001611181	31110100125206000148550010000000641000002599
Preço médio: R\$ 3.885,38	


Moda: R\$ 4.401,96	
Órgão: Fundo Municipal de Saude de Sete Lagoas	
Fornecedor: Comercio de Materiais Médicos Hospitalares	
MACROSUL Ltda.	
Produto: APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO DE 03 CANAIS	
TIPO I – BIONET	
Chaves de acesso:	
41110195433397000111550550000073350000073320	
41110195433397000111550550000073360000073319	
41111095433397000111550550000170431000169951	
41111295433397000111550550000193721000193121	







INTELIGÊNCIA - SURICATO



Podemos afirmar que o preço do produto ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL comprado em 2009 pelo Município de Santa Luzia, no valor de R\$ 3.380,00, é menor que o preço médio verificado em 2011 de R\$ 3.885,38 e se encontra dentro do intervalo de preços mais recorrentes (R\$ 3.049,91875 e R\$ 3.755,93), sendo 23 unidades vendidas em 69 da amostra analisada.

3. OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL DE DEDO TIPO CLIP

Produto ofertado: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TUFFSAT, marca General Eletric. Preço vencedor: R\$ 1.450,00, fl. 24.

Menor/maior preço para OXÍMETRO DE PULSO – Exercício 2011

A - A		
Menor preço: R\$213,00	Maior preço: R\$ 8.950,00	
Órgão: Prefeitura Municipal de Ouro Branco	Órgão: Prefeitura Municipal de Cuparaque	
Fornecedor: Fisioequipe Ltda EPP	Fornecedor: Minas Hospitalar Ltda	
Produto: OXIMETRO DEDO MOD. PRINCE 100C - HEAL FORCE	Produto: OXIMETRO OX P10	
Chave de acesso	Chave de acesso:	
31111213010844000165550010000000301556668605	31110913310334000103550010000000151700409501	
Preço médio: R\$ 1.167,57		

Moda: R\$ 1.015,25

 Órgãos: 156 órgãos municipais (vide planilha anexa a este relatório)

Fornecedor: MARV Imp. Exp. e Comercio de Produtos Médicos Ltda.
Produto: OXIMETRO DE PULSO MARCA CONTEC MODELO
CMS50D - REG ANVISA: 80581060002
Chaves de acesso: vide planilha anexa a este relatório


Pág. 5 de 6 18/01/2019 16:16:22







INTELIGÊNCIA - SURICATO



Podemos afirmar que o preço do produto OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL DE DEDO TIPO CLIP comprado em 2009 pelo Município de Santa Luzia, no valor de R\$ 1.450,00 é maior que o preço médio verificado em 2011 de R\$ 1.167,57 e se encontra fora do intervalo de preços mais recorrentes (R\$ 746,00 a R\$ 1.210,00), sendo 37 unidades vendidas em 77 da amostra analisada.

Informamos, por fim, que foi anexada ao SGAP a planilha de dados que gerou as ocorrências apontadas nas tabelas e gráficos do presente estudo.

É o relatório.

Belo Horizonte, 18 de Janeiro de 2019

Jacqueline Soares Gervásio Vianna de Paula FG-3 Matrícula: 15749